

Tubo patrón número


Reference standard #

2u171

Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	273,1	Cliente Client	Ciclo Product	72504
Espesor [mm] Wall Thickness	19,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,121	0,829	0,975	50,80	48,00	0,968	0,851	0,96	Sebastian Monteros	28/06/04
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,121	0,829	0,975	50,80	50,00	0,836	0,892	0,94	Sebastian Monteros	28/06/04
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,121	0,829	0,975	50,80	45,00	1,019	1,045	0,94	Sebastian Monteros	28/06/04
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,121	0,829	0,975	50,80	49,50	1,101	1,108	0,97	Sebastian Monteros	28/06/04
F	Chavetero Grove	6,00	50	±15	11,213	8,288	9,750	15,00	15,00	9,950	9,950	6,00	Sebastian Monteros	28/06/04
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,121	0,829	0,975	50,80	50,00	1,050	1,047	0,95	Sebastian Monteros	28/06/04
H	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,121	0,829	0,975	50,80	48,00	0,908	0,957	0,97	Sebastian Monteros	28/06/04

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha
Date

28/06/2004
10:59:27 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006

Tubo patrón número
Reference standard #

2u171

Datos del Producto
Product Information

Diametro [mm] Diameter	273,1	Cliente Client	Ciclo Product	72504
Espesor [mm] Wall Thickness	19,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO