

# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3165

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	42,2	Cliente Client	TRAFICANO S.A	Ciclo Product	22492			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,01	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	62943			
Trazabilidad Traceability	0		'	Expediente Manufacturing Order	5233102			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,806	0,596	0,701	50,00	50,00	0,635	0,635	0,99	Sebastian Monteros	04/09/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,806	0,596	0,701	50,00	50,00	0,609	0,635	0,99	Sebastian Monteros	04/09/20
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,806	0,596	0,701	50,00	30,00	0,762	0,660	0,99	Sebastian Monteros	04/09/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,806	0,596	0,701	50,00	50,00	0,685	0,609	0,99	Sebastian Monteros	04/09/20
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,806	0,596	0,701	50,00	30,00	0,635	0,685	0,99	Sebastian Monteros	04/09/20
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,806	0,596	0,701	50,00	50,00	0,685	0,711	0,99	Sebastian Monteros	04/09/20
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,806	0,596	0,701	50,00	30,00	0,685	0,762	0,99	Sebastian Monteros	04/09/20
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,806	0,596	0,701	50,00	50,00	0,762	0,787	0,99	Sebastian Monteros	04/09/20

#### Notas

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT | Fecha | 04/09/2020 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Vigencia | 17/04/2006 | TAND-001-05 | TAND-



# CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

1C3165

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	42,2	Cliente Client	TRAFICANO S.A	Ciclo Product	22492			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,01	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	62943			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5233102			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO