


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2998

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	38,1	Cliente Client	PRECITUBO S.A.	Ciclo Product	27809
Espesor [mm] Wall Thickness	4,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	26191
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5756308



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	0,647	0,478	0,563	50,00	50,00	0,570	0,592	0,84	Agustin Torres	16/07/19
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	0,647	0,478	0,563	50,00	50,00	0,617	0,628	0,84	Agustin Torres	17/07/19
C	Transversal Interno Transverse ID	1,00	13	±15	0,647	0,478	0,563	50,00	12,50	0,557	0,603	0,84	Agustin Torres	16/07/19
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	13	±15	0,647	0,478	0,563	50,00	22,30	0,613	0,632	0,84	Agustin Torres	17/07/19
E	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Agustin Torres	17/07/19
F	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Agustin Torres	17/07/19

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2998

Datos del Producto
Product Information

Diametro [mm] Diameter	38,1	Cliente Client	PRECITUBO S.A.	Ciclo Product	27809
Espesor [mm] Wall Thickness	4,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	26191
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5756308

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES