


Tubo patrón número  
Reference standard #

**2u275**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	75379
Espesor [mm] Wall Thickness	6	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	47,70	0,300	0,270	0,92	Sebastian Monteros	04/06/04
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	40,00	0,337	0,320	0,95	Sebastian Monteros	04/06/04
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	48,70	0,336	0,340	0,92	Sebastian Monteros	04/06/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	46,00	0,337	0,327	0,96	Sebastian Monteros	04/06/04
E	Chavetero Grove	4,00	50	±15	3,450	2,550	3,000	15,00	14,00	3,300	3,300	4,00	Sebastian Monteros	04/06/04
F	Chavetero Grove	4,00	50	±15	3,450	2,550	3,000	50,00	49,00	3,000	3,000	4,00	Sebastian Monteros	04/06/04
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	49,00	0,340	0,320	0,86	Sebastian Monteros	04/06/04
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	48,00	0,327	0,339	0,88	Sebastian Monteros	04/06/04

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número  
Reference standard #**2u275****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	75379
Espesor [mm] Wall Thickness	6	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Nikon V-16E   Codigo: 90012410**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO**

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO**