

Tubo patrón número


Reference standard #

**2u180**

### Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	Ciclo Product	72503
Espesor [mm] Wall Thickness	13,8	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,794	0,587	0,690	50,80	49,00	0,710	0,710	0,97	Sebastian Monteros	23/06/04
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,794	0,587	0,690	50,80	48,20	0,560	0,510	0,96	Sebastian Monteros	23/06/04
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,794	0,587	0,690	50,80	46,00	0,750	0,750	0,98	Sebastian Monteros	23/06/04
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,794	0,587	0,690	50,80	49,20	0,770	0,770	0,95	Sebastian Monteros	23/06/04
F	Chavetero Grove	6,00	50	±15	7,935	5,865	6,900	15,00	15,00	6,200	6,200	6,00	Sebastian Monteros	23/06/04
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,794	0,587	0,690	50,80	49,40	0,770	0,770	0,94	Sebastian Monteros	23/06/04
H	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,794	0,587	0,690	50,80	49,20	0,740	0,630	0,97	Sebastian Monteros	23/06/04
I	Chavetero Grove	10,00	50	±15	7,935	5,865	6,900	10,00	10,00	6,500	6,500	10,00	Sebastian Monteros	23/06/04

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número  
Reference standard #

**2u180**

**Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	Ciclo Product	72503
Espesor [mm] Wall Thickness	13,8	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:**

**Proyector de Perfiles Nikon V-16E     Codigo: 90012410**

**Notas:**

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

**Notes:**

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO