

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0540





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	38,00	36,00	0,291	0,317	0,82	Agustin Torres	15/10/11
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	38,00	35,50	0,314	0,292	0,81	Agustin Torres	15/10/11
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	38,00	37,00	0,368	0,363	0,81	Pablo Mazzeo	15/10/11
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	38,00	29,00	0,361	0,370	0,81	Pablo Mazzeo	15/10/11
Е	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	0,806	0,806	0,806	25,40	24,40	-	-	24,40	Agustin Torres	15/10/11

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha

15/10/2011 08:07:42 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

o TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0540

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	PDVSA	Ciclo Product	65108				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	48791				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5692812				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES