


Tubo patrón número  
Reference standard #

**2u259**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	Ciclo Product	75340
Espesor [mm] Wall Thickness	9,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,80	49,00	0,518	0,522	0,95	Sebastian Monteros	02/06/04
B	Chavetero Grove	4,00	50	±15	5,463	4,038	4,750	50,00	50,00	4,800	4,800	4,00	Sebastian Monteros	02/06/04
C	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,80	49,00	0,451	0,458	0,95	Sebastian Monteros	02/06/04
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,80	45,00	0,519	0,511	0,95	Sebastian Monteros	02/06/04
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,80	49,00	0,525	0,520	0,95	Sebastian Monteros	02/06/04
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,80	49,00	0,499	0,504	0,97	Sebastian Monteros	02/06/04
G	Chavetero Grove	4,00	50	±15	5,463	4,038	4,750	15,00	15,00	4,500	4,500	4,00	Sebastian Monteros	02/06/04
H	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,80	49,00	0,475	0,495	0,97	Sebastian Monteros	02/06/04

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número  
Reference standard #

**2u259**

**Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	Ciclo Product	75340
Espesor [mm] Wall Thickness	9,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO