


Tubo patrón número  
Reference standard #

**2u294**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	197,5	Cliente Client	FACU (TUBE TRACE 46)	Ciclo Product	3776
Espesor [mm] Wall Thickness	25	Tratamiento Termico Heat Treatment		Colada Heat	32527
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9283-32



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,438	1,063	1,250	50,00	45,00	1,399	1,321	0,97	Sebastian Monteros	08/06/04
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,438	1,063	1,250	50,00	41,00	1,312	1,325	0,99	Sebastian Monteros	08/06/04
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,438	1,063	1,250	50,00	48,00	1,405	1,357	0,97	Sebastian Monteros	08/06/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,438	1,063	1,250	50,00	46,00	1,343	1,338	0,96	Sebastian Monteros	08/06/04
E	Reduccion de Espesor Externo	50,00	8	±15	2,300	1,700	2,000	75,00	75,00	-	-	50,00	Sebastian Monteros	08/06/04
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	2	±15	0,575	0,425	0,500	50,00	49,00	0,522	0,527	0,95	Sebastian Monteros	08/06/04
G	Chavetero Grove	8,00	50	±15	14,375	10,625	12,500	25,00	24,20	13,000	13,000	7,40	Agustin Torres	09/01/12

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**2u294****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	197,5	Cliente Client	FACU (TUBE TRACE 46)	Ciclo Product	3776
Espesor [mm] Wall Thickness	25	Tratamiento Termico Heat Treatment		Colada Heat	32527
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9283-32

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Calibre Pie de Rey   Codigo:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000   Codigo: 302-711A**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES