

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1c662

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Diametro [mm] 73 6094 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada Heat 8,25 NO 0 **Heat Treatment** Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,759	0,561	0,660	50,80	45,00	0,582	0,629	0,94	Sebastian Monteros	07/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,949	0,701	0,825	50,80	49,00	0,846	0,909	0,93	Sebastian Monteros	17/11/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,474	0,351	0,413	50,80	49,00	0,400	0,432	0,91	Sebastian Monteros	17/11/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,474	0,351	0,413	50,80	45,00	0,412	0,410	0,94	Sebastian Monteros	17/11/04
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,474	0,351	0,413	50,80	34,00	0,378	0,361	0,91	Sebastian Monteros	17/11/04
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	ı	-	-	ı	1,60	Sebastian Monteros	07/11/06
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	22/07/11
Н	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	•	-	-		1,60	Default Default	22/07/11

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1c662

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client		Ciclo Product	6094			
Espesor [mm] Wall Thickness	8,25	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES