

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2C285

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	273,8	Cliente Client	ксо	Ciclo Product	8217			
Espesor [mm] Wall Thickness	29,5	Tratamiento Termico		Colada _{Heat}	77421			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9924.01			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth				Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length		Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Δ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	3	±15	1,153	0,853	1,003	50,80	48,00	1,042	1,040	0,98	Sebastian Monteros	11/12/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2