

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0574

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	139,7	Cliente Client	stock gnc	Ciclo Product	23326				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,4	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	80083				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	48,00	0,299	0,314	0,87	Pablo Mazzeo	23/03/12
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	39,00	0,302	0,311	0,91	Pablo Mazzeo	23/03/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	48,00	0,317	0,323	0,84	Pablo Mazzeo	23/03/12
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	45,00	0,319	0,324	0,85	Pablo Mazzeo	23/03/12
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,621	0,459	0,540	50,00	42,00	0,592	0,588	0,93	Pablo Mazzeo	24/03/12
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,621	0,459	0,540	50,00	48,00	0,563	0,571	0,83	Pablo Mazzeo	24/03/12
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,621	0,459	0,540	50,00	39,00	0,544	0,557	0,83	Pablo Mazzeo	24/03/12
Н	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,621	0,459	0,540	50,00	48,00	0,612	0,619	0,83	Pablo Mazzeo	24/03/12

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0574

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	stock gnc	Ciclo Product	23326		
Espesor [mm] Wall Thickness	5,4	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	80083		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES