

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2V0249





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| sicion sition | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------|---|---|-----------|--|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Δ | Agujero Fondo Plano Flat bottom hole | 6,35 | 50 | +40-0 | 22,400 | 16,000 | 16,000 | • | - | 10,400 | - | 5,50 | Agustin Torres | 24/07/20 |
| ĸ | Chavetero Grove | 6,00 | 50 | +40-0 | 22,400 | 16,000 | 16,000 | 25,00 | 25,00 | 10,450 | 10,450 | 5,60 | Agustin Torres | 24/07/20 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2