


Tubo patrón número  
Reference standard #

**2C0353**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	SOUTHERN TROPIC	Ciclo Product	84037
Espesor [mm] Wall Thickness	7,04	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	51431
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/1695-11



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,405	0,299	0,352	50,00	44,60	0,371	0,359	0,82	Daniel Carcacha	04/10/07
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,405	0,299	0,352	50,00	40,70	0,371	0,372	0,83	Daniel Carcacha	04/10/07
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,405	0,299	0,352	50,00	43,70	0,365	0,396	0,81	Daniel Carcacha	04/10/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,405	0,299	0,352	50,00	39,30	0,405	0,347	0,84	Daniel Carcacha	04/10/07
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,810	0,598	0,704	50,00	41,00	0,719	0,722	0,98	Daniel Carcacha	04/10/07
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,405	0,299	0,352	50,00	46,70	0,301	0,392	0,79	Daniel Carcacha	04/10/07

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #

**2C0353****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	SOUTHERN TROPIC	Ciclo Product	84037
Espesor [mm] Wall Thickness	7,04	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	51431
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/1695-11

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000     Codigo: 302-711A**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES