


Tubo patrón número
Reference standard #

2c137

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	177	Cliente Client	Ciclo Product	0
Espesor [mm] Wall Thickness	11,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	1,655	1,223	1,439	38,10	38,10	12,500	12,500	1,00	Sebastian Monteros	01/09/04
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	13	±15	1,655	1,223	1,439	38,10	38,10	12,500	12,500	1,00	Sebastian Monteros	01/09/04
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	1,655	1,223	1,439	38,10	38,10	12,500	12,500	1,00	Sebastian Monteros	01/09/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	13	±15	1,655	1,223	1,439	38,10	38,10	12,500	12,500	1,00	Sebastian Monteros	01/09/04
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,662	0,489	0,576	38,10	38,10	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	01/09/04
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,662	0,489	0,576	38,10	38,10	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	01/09/04
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,662	0,489	0,576	38,10	38,10	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	01/09/04
H	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,662	0,489	0,576	38,10	38,10	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	01/09/04

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número
Reference standard #

2c137**Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	177	Cliente Client	Ciclo Product	0
Espesor [mm] Wall Thickness	11,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO