


## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1370





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,460	0,340	0,400	50,80	47,00	0,402	0,400	0,83	Sebastian Monteros	02/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	48,00	0,561	0,564	0,85	Sebastian Monteros	02/11/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,288	0,213	0,250	50,80	48,00	0,340	0,342	0,82	Sebastian Monteros	02/11/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,288	0,213	0,250	50,80	48,00	0,311	0,321	0,81	Sebastian Monteros	02/11/06
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,288	0,213	0,250	50,80	29,00	0,340	0,310	0,84	Sebastian Monteros	02/11/06
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	31/03/08

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C1370

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	82,5	Cliente Client		Ciclo Product	22964				
Espesor [mm] Wall Thickness	5	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada <sub>Heat</sub>	47441				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES