


Tubo patrón número  
Reference standard #

**TF0738**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	50,8	Cliente Client	Spicer ejes Pes	Ciclo Product	39202
Espesor [mm] Wall Thickness	3,05	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	99999
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,40	6	+1-10	0,185	0,165	0,183	15,00	-	-	-	-	Agustin Torres	03/03/20
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,40	6	+0-10	0,183	0,165	0,183	15,00	-	-	-	-	Agustin Torres	03/03/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Default Default	03/03/20
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,40	7	±15	0,228	0,169	0,198	15,00	15,00	0,198	0,201	0,40	Default Default	03/03/20
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,40	7	±15	0,228	0,169	0,198	15,00	15,00	0,183	0,188	0,40	Default Default	03/03/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,40	7	±15	0,228	0,169	0,198	15,00	15,00	0,198	0,200	0,40	Default Default	03/03/20

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha  
Date

03/03/2020  
11:18:05 a.m.

Hoja  
Page

1/2

Documento  
Vigencia

TAND-001-05  
17/04/2006