

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



2c235





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

	Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
	Δ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,143	0,845	0,994	50,00	47,00	1,066	1,050	0,96	Sebastian Monteros	03/09/04
	ĸ	Longitudinal Externo Iongitudinal OD	1,00	2	±15	0,571	0,422	0,497	50,00	46,00	0,560	0,538	0,97	Sebastian Monteros	03/09/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2