


Tubo patrón número  
Reference standard #

**TF0319**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	73,91	Cliente Client	WEATHERF ORD	Ciclo Product	33033
Espesor [mm] Wall Thickness	12,38	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/9434



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,40	10	±10	1,362	1,114	1,238	25,00	24,10	1,309	1,309	0,39	Dante Antunez	15/04/09
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	0,40	5	±10	0,681	0,557	0,619	25,00	24,10	0,634	0,642	0,40	Dante Antunez	15/04/09
C	Transversal Externo Transverse OD	0,40	10	±10	1,362	1,114	1,238	25,00	24,70	1,124	1,117	0,36	Dante Antunez	15/04/09
D	Transversal Interno Transverse ID	0,40	10	±10	1,362	1,114	1,238	25,00	22,10	1,236	1,236	0,38	Dante Antunez	15/04/09
E	Transversal Externo Transverse OD	0,40	10	±10	1,362	1,114	1,238	25,00	24,30	1,211	1,191	0,36	Dante Antunez	15/04/09
F	Transversal Interno Transverse ID	0,40	10	±10	1,362	1,114	1,238	25,00	22,30	1,242	1,242	0,36	Dante Antunez	15/04/09
G	Reduccion de Espesor Externo	25,40	3	±0	0,384	0,384	0,384	25,40	24,40	-	-	24,80	Dante Antunez	15/04/09
H	Longitudinal Externo Longitudinal OD	0,90	7	±10	0,885	0,724	0,805	25,00	24,60	0,803	0,805	0,61	Dante Antunez	15/04/09

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número  
Reference standard #**TF0319****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	73,91	Cliente Client	WEATHERF ORD	Ciclo Product	33033
Espesor [mm] Wall Thickness	12,38	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/9434

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Calibre Pie de Rey   Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO