


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C3136**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	71,17	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27757
Espesor [mm] Wall Thickness	7,8	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	61289
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0922204



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Carlos Aguilar	07/07/20
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	4	±15	0,345	0,255	0,300	25,00	25,00	0,304	0,330	1,00	Carlos Aguilar	07/07/20
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	4	±15	0,345	0,255	0,300	25,00	25,00	0,330	0,279	1,00	Carlos Aguilar	07/07/20
D	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Carlos Aguilar	07/07/20
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	4	±15	0,345	0,255	0,300	25,00	25,00	0,330	0,256	1,00	Carlos Aguilar	07/07/20
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	4	±15	0,345	0,255	0,300	25,00	20,00	0,345	0,345	1,00	Carlos Aguilar	07/07/20
H	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	4	±15	0,345	0,255	0,300	25,00	25,00	0,330	0,330	1,00	Carlos Aguilar	07/07/20
I	Transversal Externo Transverse OD	1,00	4	±15	0,345	0,255	0,300	25,00	25,00	0,279	0,304	1,00	Carlos Aguilar	07/07/20

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número  
Reference standard #**1C3136****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	71,17	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27757
Espesor [mm] Wall Thickness	7,8	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	61289
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0922204

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Comparador a cuchilla     Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO