


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C3161**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	PROVEMET S.A.	Ciclo Product	15777
Espesor [mm] Wall Thickness	14	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	62892
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5227801



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,805	0,595	0,700	50,80	50,00	0,762	0,762	1,00	Sebastian Monteros	03/09/20
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,805	0,595	0,700	50,80	50,00	0,685	0,762	1,00	Sebastian Monteros	03/09/20
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,805	0,595	0,700	50,80	40,00	0,805	0,762	1,00	Sebastian Monteros	03/09/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,805	0,595	0,700	50,80	50,00	0,736	0,736	1,00	Sebastian Monteros	03/09/20
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,805	0,595	0,700	50,80	40,00	0,736	0,762	1,00	Sebastian Monteros	03/09/20
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,805	0,595	0,700	50,80	50,00	0,762	0,711	1,00	Sebastian Monteros	03/09/20
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,805	0,595	0,700	50,80	40,00	0,805	0,660	1,00	Sebastian Monteros	03/09/20
H	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,805	0,595	0,700	50,80	50,00	0,762	0,711	1,00	Sebastian Monteros	03/09/20

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número

Reference standard #

**1C3161****Datos del Producto**

Product Information

Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	PROVEMET S.A.	Ciclo Product	15777
Espesor [mm] Wall Thickness	14	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	62892
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5227801

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Comparador a cuchilla     Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO