

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1E99

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	76,1	Cliente Client		Ciclo Product	22775			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,25	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	35759			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth		Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Δ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	0,898	0,664	0,781	150,00	150,00	0,780	0,776	0,51	Sebastian Monteros	15/12/06
В	Circular de ecualización Externo	1,00	13	±15	0,898	0,664	0,781	-	-	0,699	0,677	1,03	Sebastian Monteros	15/12/06

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2