


Tubo patrón número  
Reference standard #

**TF0483**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	69,85	Cliente Client	CHRISTENS EN	Ciclo Product	35102
Espesor [mm] Wall Thickness	4,76	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	22271
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	10	+10-0	0,524	0,476	0,476	25,40	24,50	0,474	0,472	0,59	Dante Antunez	15/05/13
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	10	+10-0	0,524	0,476	0,476	25,40	25,00	0,472	0,468	0,60	Dante Antunez	15/05/13
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	10	+10-0	0,524	0,476	0,476	25,40	24,70	0,475	0,469	0,59	Dante Antunez	15/05/13
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	10	+10-0	0,524	0,476	0,476	25,40	25,00	0,474	0,471	0,58	Dante Antunez	15/05/13
E	Transversal Externo Transverse OD	0,70	10	+10-0	0,524	0,476	0,476	25,40	23,50	0,469	0,474	0,61	Pablo Mazzeo	15/05/13
F	Transversal Externo Transverse OD	0,70	10	+10-0	0,524	0,476	0,476	25,40	23,50	0,470	0,475	0,61	Pablo Mazzeo	15/05/13
G	Transversal Externo Transverse OD	0,70	10	+10-0	0,524	0,476	0,476	25,40	23,50	0,471	0,476	0,61	Pablo Mazzeo	15/05/13
H	Transversal Externo Transverse OD	0,70	10	+10-0	0,524	0,476	0,476	25,40	23,50	0,467	0,474	0,61	Pablo Mazzeo	15/05/13

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número  
Reference standard #**TF0483****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	69,85	Cliente Client	CHRISTENS EN	Ciclo Product	35102
Espesor [mm] Wall Thickness	4,76	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	22271
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Calibre Pie de Rey   Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO