

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



*2i558* 

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm]	88,9	Cliente Client	Ciclo Product	75442			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada <sub>Heat</sub>	0			
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Nominal [%]		Profundidad Maxima [mm] Max Depth			Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Chavetero Grove	6,00	50	±15	3,680	2,720	3,200	15,00	15,00	3,600	3,600	6,00	Sebastian Monteros	27/08/04
В	Chavetero Grove	6,00	50	±15	3,680	2,720	3,200	80,00	80,00	3,400	3,400	6,00	Sebastian Monteros	27/08/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO