

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1E110

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	85,73	Cliente Client		Ciclo Product	27677				
Espesor [mm] Wall Thickness	8,26	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	25904				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

osicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Δ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	1,187	0,878	1,033	150,00	120,00	0,905	0,923	0,98	Sebastian Monteros	18/12/06
В	Circular de ecualización Externo	1,00	13	±15	1,187	0,878	1,033	-	-	0,880	0,882	1,12	Sebastian Monteros	18/12/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES