


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C3152**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	PROVEMET S.A.	Ciclo Product	14261
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	62386
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5174001



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	50,00	0,540	0,558	1,00	Sebastian Monteros	03/08/20
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	50,00	0,635	0,584	1,00	Sebastian Monteros	03/08/20
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	40,00	0,635	0,609	1,00	Sebastian Monteros	03/08/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	50,00	0,540	0,609	1,00	Sebastian Monteros	03/08/20
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	40,00	0,609	0,635	1,00	Sebastian Monteros	03/08/20
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	50,00	0,584	0,635	1,00	Sebastian Monteros	03/08/20
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	40,00	0,635	0,660	1,00	Sebastian Monteros	03/08/20
H	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	50,00	0,635	0,660	1,00	Sebastian Monteros	03/08/20

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha  
Date

03/08/2020  
01:23:25 p.m.

Hoja  
Page

1/2

Documento  
Vigencia

TAND-001-05  
17/04/2006

Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C3152**

**Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	PROVEMET S.A.	Ciclo Product	14261
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	62386
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5174001

**Instrumentos de Medicion Utilizados:**

**Comparador a cuchilla     Codigo:**

**Notas:**

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

**Notes:**

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO