


Tubo patrón número
Reference standard #

2U0479

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|
| Diametro [mm] Diameter | 273,1 | Cliente Client | INAGIP D.O.O. | Ciclo Product | 86741 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 14,3 | Tratamiento Termico Heat Treatment | SI | Colada Heat | 54866 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5/6224-42 |



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,822 | 0,608 | 0,715 | 50,00 | 45,00 | 0,788 | 0,807 | 0,85 | Nicolas Lorenzato | 28/03/08 |
| B | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,822 | 0,608 | 0,715 | 50,00 | 49,00 | 0,815 | 0,798 | 0,85 | Nicolas Lorenzato | 28/03/08 |
| C | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,822 | 0,608 | 0,715 | 50,00 | 45,00 | 0,819 | 0,777 | 0,85 | Nicolas Lorenzato | 28/03/08 |
| D | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,822 | 0,608 | 0,715 | 50,00 | 48,50 | 0,812 | 0,737 | 0,87 | Nicolas Lorenzato | 28/03/08 |
| E | Chavetero Grove | 6,00 | 50 | +40-0 | 10,010 | 7,150 | 7,150 | 16,00 | 15,70 | 6,700 | 6,700 | 5,80 | Nicolas Lorenzato | 28/03/08 |
| F | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,822 | 0,608 | 0,715 | 50,00 | 48,50 | 0,805 | 0,817 | 0,85 | Nicolas Lorenzato | 28/03/08 |
| G | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,822 | 0,608 | 0,715 | 50,80 | 46,00 | 0,800 | 0,770 | 0,85 | Nicolas Lorenzato | 28/03/08 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**2U0479****Datos del Producto**
Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|
| Diametro [mm] Diameter | 273,1 | Cliente Client | INAGIP D.O.O. | Ciclo Product | 86741 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 14,3 | Tratamiento Termico Heat Treatment | SI | Colada Heat | 54866 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5/6224-42 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000** **Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey** **Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**