

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



TF0281





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

	Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
-	Δ	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	+2,5-0	0,205	0,200	0,200	15,00	13,90	0,198	0,197	0,30	Daniel Carcacha	30/04/08
	ĸ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	10	+2,5-0	0,205	0,200	0,200	15,00	14,30	0,198	0,199	0,30	Daniel Carcacha	30/04/08

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO