

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

2u225

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	273,1	Cliente Client	Ciclo Product	73601				
Espesor [mm] Wall Thickness	18,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,052	0,778	0,915	50,00	48,00	0,821	0,964	0,98	Sebastian Monteros	20/05/04
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,052	0,778	0,915	50,00	49,00	0,976	0,840	0,95	Sebastian Monteros	20/05/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,052	0,778	0,915	50,00	47,00	0,925	1,025	0,98	Sebastian Monteros	20/05/04
1 1)	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,052	0,778	0,915	50,00	48,00	0,984	0,926	0,98	Sebastian Monteros	20/05/04
E	Chavetero Grove	16,00	50	±15	10,523	7,778	9,150	30,00	29,00	9,250	9,250	15,00	Sebastian Monteros	20/05/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO