


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0712

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	79	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27293
Espesor [mm] Wall Thickness	9	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	69704
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0864673



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	25,40	25,00	0,499	0,517	0,85	Dante Antunez	12/08/15
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	25,40	25,10	0,503	0,491	0,86	Dante Antunez	11/08/15
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	25,40	25,00	0,502	0,517	0,84	Dante Antunez	12/08/15
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	25,40	23,00	0,509	0,516	0,84	Dante Antunez	12/08/15
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	25,40	25,00	0,517	0,514	0,84	Dante Antunez	12/08/15
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	25,40	23,00	0,516	0,517	0,84	Dante Antunez	12/08/15
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	25,40	25,00	0,501	0,497	0,83	Dante Antunez	11/08/15
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	25,40	25,10	0,509	0,515	0,84	Dante Antunez	11/08/15

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

12/08/2015
07:15:17 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006

Tubo patrón número
Reference standard #**1U0712****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	79	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27293
Espesor [mm] Wall Thickness	9	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	69704
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0864673

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**