

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2900

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	4728			
Espesor [mm] Wall Thickness	2,7	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	23221			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0911339			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,80	15	±15	0,460	0,340	0,400	25,00	25,00	0,401	0,417	0,80	Agustin Torres	23/11/18
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,80	11	±15	0,345	0,255	0,300	25,00	25,00	0,319	0,326	0,80	Agustin Torres	23/11/18
С	Transversal Externo Transverse OD	0,81	11	±15	0,345	0,255	0,300	20,00	20,00	0,325	0,328	0,80	Agustin Torres	23/11/18
D	Transversal Interno Transverse ID	0,80	15	±15	0,460	0,340	0,400	10,00	10,00	0,418	0,456	0,80	Agustin Torres	23/11/18

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES