


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0612

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	79,38	Cliente Client	OWENS	Ciclo Product	16995
Espesor [mm] Wall Thickness	7,95	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	25758
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,00	0,425	0,433	0,25	Agustin Torres	17/12/12
B	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,80	24,00	0,429	0,440	0,50	Agustin Torres	17/12/12
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,00	0,426	0,438	0,25	Pablo Mazzeo	18/12/12
D	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,20	0,421	0,433	0,50	Pablo Mazzeo	18/12/12
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,00	0,429	0,441	0,25	Pablo Mazzeo	18/12/12
F	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	24,50	0,417	0,425	0,50	Pablo Mazzeo	18/12/12
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,30	0,446	0,450	0,25	Agustin Torres	17/12/12
H	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,80	24,00	0,432	0,455	0,50	Agustin Torres	17/12/12

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

18/12/2012
11:24:16 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006

Tubo patrón número
Reference standard #**1U0612****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	79,38	Cliente Client	OWENS	Ciclo Product	16995
Espesor [mm] Wall Thickness	7,95	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	25758
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**