

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



TF0781

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	107,95	Cliente Client	LACO 1	Ciclo Product	2832				
Espesor [mm] Wall Thickness	17,5	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	99999				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length		Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Chavetero Grove	6,00	50	±15	10,063	7,438	8,750	25,00	25,00	9,400	9,400	5,00	Carlos Aguilar	09/02/21

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Medidor de espesor WM2 Codigo:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

 $\hbox{2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.}\\$

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO