


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C2682**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	UTE CRUZ DE LOR	Ciclo Product	62916
Espesor [mm] Wall Thickness	6	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	40361
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5768102



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Agustin Torres	10/12/15
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,690	0,510	0,600	50,80	48,00	0,682	0,690	0,84	Agustin Torres	10/12/15
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,690	0,510	0,600	50,80	49,00	0,684	0,685	0,97	Daniel Carcacha	10/12/15
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,690	0,510	0,600	50,80	45,00	0,678	0,669	0,98	Daniel Carcacha	10/12/15
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,690	0,510	0,600	50,80	40,00	0,622	0,670	0,84	Agustin Torres	10/12/15
F	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Agustin Torres	10/12/15
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,552	0,408	0,480	25,40	25,00	0,500	0,505	0,99	Default Default	08/01/16
H	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,552	0,408	0,480	25,40	25,00	0,508	0,510	0,99	Default Default	08/01/16

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**1C2682****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	UTE CRUZ DE LOR	Ciclo Product	62916
Espesor [mm] Wall Thickness	6	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	40361
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5768102

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000      Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey      Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**