

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2C0511

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	228,6	Cliente Client	PETINARI	Ciclo Product	15381				
Espesor [mm] Wall Thickness	17,5	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	77291				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/7328-03				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Nominal [%]		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	48,00	48,00	0,981	0,990	0,91	Agustin Torres	19/01/11
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	50,00	40,90	0,968	0,984	0,94	Agustin Torres	19/01/11

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2