


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1U0601**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	MET. TASSAROLI	Ciclo Product	16973
Espesor [mm] Wall Thickness	9,52	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	25444
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	25,40	24,20	0,492	0,475	0,97	Daniel Carcacha	03/10/12
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	50,80	40,70	0,476	0,443	0,86	Agustin Torres	04/10/12
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,87	5	±15	0,547	0,405	0,476	25,40	25,00	0,446	0,443	0,87	Daniel Carcacha	03/10/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	50,80	39,00	0,437	0,428	0,95	Daniel Carcacha	03/10/12
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	25,40	24,00	0,524	0,529	0,93	Dante Antunez	04/10/12
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	50,80	40,60	0,496	0,489	0,85	Agustin Torres	04/10/12
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	25,40	25,00	0,451	0,450	0,86	Daniel Carcacha	03/10/12
H	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	50,80	39,00	0,451	0,449	0,95	Daniel Carcacha	03/10/12

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**1U0601****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	MET. TASSAROLI	Ciclo Product	16973
Espesor [mm] Wall Thickness	9,52	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	25444
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000**    **Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey**    **Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES