

CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND


NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

Reference standard #

2u144





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	0,00	49	±15	7,317	5,408	6,363	-	-	0,970	-	0,98	Sebastian Monteros	30/06/04
В	Reduccion de Espesor Externo	60,00	25	±15	3,688	2,726	3,207	115,00	48,40	-	-	0,98	Sebastian Monteros	30/06/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,481	1,095	1,288	38,10	38,10	10,000	10,000	1,00	Sebastian Monteros	30/06/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	1,481	1,095	1,288	38,10	38,10	10,000	10,000	1,00	Sebastian Monteros	30/06/04
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,481	1,095	1,288	38,10	38,10	10,000	10,000	1,00	Sebastian Monteros	30/06/04
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,481	1,095	1,288	38,10	38,10	10,000	10,000	1,00	Sebastian Monteros	30/06/04

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

2u144

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	273	Cliente Client		Ciclo Product	0			
Espesor [mm] Wall Thickness	12,88	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO