


Tubo patrón número  
Reference standard #

**2C0463**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	190,5	Cliente Client	DRILLCO	Ciclo Product	20932
Espesor [mm] Wall Thickness	25,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	70226
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/3689-05



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,94	5	±15	1,461	1,080	1,270	46,00	46,00	1,387	1,402	0,94	Dante Antunez	10/07/10
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,00	39,00	1,374	1,378	0,95	Dante Antunez	10/07/10
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,00	47,00	1,368	1,362	0,94	Dante Antunez	10/07/10
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,00	41,40	1,358	1,355	0,95	Dante Antunez	10/07/10
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	2,921	2,159	2,540	50,80	48,60	2,553	2,537	0,90	Default Default	07/06/11
F	Chavetero Grove	6,00	50	+40-0	17,780	12,700	12,700	25,00	25,00	10,500	10,500	5,30	Agustin Torres	13/07/20
G	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	14,605	12,700	12,700	17,00	17,00	12,200	12,200	6,00	Carlos Aguilar	28/08/20

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**2C0463****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	190,5	Cliente Client	DRILLCO	Ciclo Product	20932
Espesor [mm] Wall Thickness	25,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	70226
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/3689-05

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Medidor de espesor WM2   Codigo:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000   Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey   Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES