

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1570

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	PETROLERA NAC	Ciclo Product	69082			
Espesor [mm] Wall Thickness	9,19	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	86586			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,84	10	±15	1,057	0,781	0,919	47,00	47,00	0,921	0,962	0,84	Sebastian Monteros	07/03/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	50,80	49,00	0,483	0,466	0,86	Sebastian Monteros	07/03/07
1 (Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,057	0,781	0,919	50,80	49,00	0,955	1,005	0,86	Sebastian Monteros	07/03/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	50,80	42,00	0,487	0,478	0,82	Sebastian Monteros	07/03/07
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,057	0,781	0,919	50,80	32,00	1,025	1,041	0,86	Sebastian Monteros	07/03/07
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	•	-	-	1,60	Default Default	21/07/11
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	21/07/11

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C1570

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	PETROLERA NAC	Ciclo Product	69082		
Espesor [mm] Wall Thickness	9,19	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	86586		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES