


CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2U0477





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	30,00	27,30	0,728	0,563	0,84	Nicolas Lorenzato	26/03/08
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	30,00	21,10	0,722	0,713	0,85	Nicolas Lorenzato	26/03/08
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	30,00	27,90	0,728	0,718	0,85	Nicolas Lorenzato	26/03/08
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	30,00	21,10	0,728	0,725	0,85	Nicolas Lorenzato	26/03/08
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	30,00	27,70	0,725	0,727	0,85	Nicolas Lorenzato	26/03/08
F	Chavetero Grove	6,00	50	+30-0	8,255	6,350	6,350	15,00	14,60	6,100	6,100	5,80	Nicolas Lorenzato	26/03/08
G	Chavetero Grove	6,00	50	+30-15	8,255	5,398	6,350	80,00	78,60	6,700	6,700	5,20	Nicolas Lorenzato	26/03/08
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	30,00	21,10	0,727	0,729	0,84	Nicolas Lorenzato	26/03/08

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date

26/03/2008 10:14:10 a.m.

Hoja Page

1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2U0477

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	total austral	Ciclo Product	86687				
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	55169				
Trazabilidad Traceability	4			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES