

# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u159





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	50,00	46,80	0,760	0,750	0,95	Sebastian Monteros	29/06/04
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	50,00	47,60	0,760	0,780	0,97	Sebastian Monteros	29/06/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	50,00	49,40	0,750	0,770	0,97	Sebastian Monteros	29/06/04
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	50,00	48,20	0,730	0,750	0,92	Sebastian Monteros	29/06/04
Е	Reduccion de Espesor Externo	0,00	0	±15	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	-		0,00	Sebastian Monteros	29/06/04
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,592	1,176	1,384	50,00	42,00	1,189	1,205	0,97	Sebastian Monteros	29/06/04
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,592	1,176	1,384	50,00	48,00	1,240	1,210	0,96	Sebastian Monteros	29/06/04
Н	Chavetero Grove	16,00	50	±15	7,958	5,882	6,920	30,00	30,00	6,540	6,540	16,00	Sebastian Monteros	29/06/04

# Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

# Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO



# CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

2u159

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	244,5	Cliente Client	Ciclo Product	68576						
Espesor [mm] Wall Thickness	13,84	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada <sub>Heat</sub>	0						
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order							

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

# Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

# Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO