

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1T0198

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	60,3	Cliente Client	PETROLEUM DEVEL	Ciclo Product	51325				
Espesor [mm] Wall Thickness	11,07	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	74442				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,273	0,941	1,107	50,00	49,00	1,221	1,219	0,98	Daniel Carcacha	21/01/16
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,637	0,470	0,554	50,00	48,00	0,632	0,629	0,95	Daniel Carcacha	21/01/16
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,637	0,470	0,554	50,00	42,00	0,621	0,618	0,96	Daniel Carcacha	21/01/16
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,273	0,941	1,107	50,00	12,00	1,120	1,135	0,97	Daniel Carcacha	21/01/16

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2