

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0894

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente SAUDI ARAMCO Diametro [mm] 139.7 82608 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada _{Heat} 12,09 SI 62626 **Heat Treatment** Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 5/2211.06 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,695	0,514	0,605	50,00	50,00	0,660	0,685	0,85	Carlos Aguilar	24/08/20
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,695	0,514	0,605	50,00	47,00	0,685	0,660	0,85	Carlos Aguilar	24/08/20
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,695	0,514	0,605	50,00	50,00	0,635	0,685	0,84	Carlos Aguilar	24/08/20
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,695	0,514	0,605	50,00	47,00	0,685	0,685	0,85	Carlos Aguilar	24/08/20
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,390	1,028	1,209	50,00	50,00	1,335	1,342	0,92	Agustin Torres	24/08/20
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,695	0,514	0,605	50,00	45,00	0,640	0,656	0,92	Sebastian Monteros	24/08/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,695	0,514	0,605	50,00	50,00	0,660	0,685	0,85	Carlos Aguilar	24/08/20
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,695	0,514	0,605	50,00	47,00	0,685	0,685	0,85	Carlos Aguilar	24/08/20

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2C0894

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	SAUDI ARAMCO	Ciclo Product	82608					
Espesor [mm] Wall Thickness	12,09	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	62626					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/2211.06					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES