

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

1c785

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	88,9	Cliente Client		Ciclo Product	75786				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,49	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	32980				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,505	0,373	0,439	50,80	46,00	0,498	0,481	0,95	Sebastian Monteros	07/12/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,631	0,467	0,549	50,80	48,00	0,611	0,623	0,95	Sebastian Monteros	07/12/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,316	0,233	0,275	50,80	48,00	0,341	0,346	0,96	Sebastian Monteros	07/12/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,316	0,233	0,275	50,80	47,00	0,348	0,335	0,99	Sebastian Monteros	07/12/04
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,316	0,233	0,275	50,80	33,00	0,347	0,323	0,94	Sebastian Monteros	07/12/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2

Vigencia