

CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05


17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate



1C2046





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,631	0,467	0,549	50,00	48,00	0,519	0,595	0,93	Daniel Carcacha	02/08/10
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	48,00	0,327	0,323	0,94	Daniel Carcacha	02/08/10
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	41,00	0,271	0,293	0,95	Daniel Carcacha	02/08/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,631	0,467	0,549	50,00	40,00	0,533	0,568	0,93	Daniel Carcacha	02/08/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES