


Tubo patrón número  
Reference standard #

**2u187**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	Ciclo Product	72505
Espesor [mm] Wall Thickness	25,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,478	1,092	1,285	50,80	45,00	1,159	1,213	0,89	Sebastian Monteros	23/06/04
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,478	1,092	1,285	50,80	49,00	1,416	1,449	0,89	Sebastian Monteros	23/06/04
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,478	1,092	1,285	50,80	48,00	1,300	1,282	0,87	Sebastian Monteros	23/06/04
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,478	1,092	1,285	50,80	49,20	1,262	1,248	0,87	Sebastian Monteros	23/06/04
F	Chavetero Grove	6,00	50	±15	14,778	10,923	12,850	15,00	0,00	0,000	0,000	0,00	Sebastian Monteros	23/06/04
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,478	1,092	1,285	50,80	49,00	1,251	1,245	0,87	Sebastian Monteros	23/06/04
H	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,478	1,092	1,285	50,80	46,00	1,148	1,093	0,88	Sebastian Monteros	23/06/04

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número  
Reference standard #

**2u187**

**Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	Ciclo Product	72505
Espesor [mm] Wall Thickness	25,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO