


Tubo patrón número
Reference standard #

1C1140

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 101,6 | Cliente Client | DTP | Ciclo Product | 22621 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 10 | Tratamiento Termico Heat Treatment | No | Colada Heat | 44625 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | |



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,575 | 0,425 | 0,500 | 50,00 | 43,00 | 0,543 | 0,558 | 0,86 | Sebastian Monteros | 20/10/06 |
| B | Longitudinal Externo Longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,575 | 0,425 | 0,500 | 50,00 | 48,00 | 0,522 | 0,543 | 0,98 | Sebastian Monteros | 20/10/06 |
| C | Agujero Pasante Drilled hole | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,60 | Sebastian Monteros | 20/10/06 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
- Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES