

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

CI 803

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	44,47	Cliente Client		Ciclo Product	34417			
Espesor [mm] Wall Thickness	2,11	Tratamiento Termico Heat Treatment	BKS	Colada <sub>Heat</sub>	0			
Trazabilidad Traceability	31			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,60	-	-	-	-	-	-	0,00	0,000	0,000	0,00	trefila trefila	13/05/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,121	0,090	0,106	50,80	-	-	-	-	trefila trefila	13/05/10
С	Agujero Pasante Drilled hole	1,00	5	±15	0,121	0,090	0,106	50,80	-	-	-	-	trefila trefila	13/05/10
Н	Transversal Interno Transverse ID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	trefila trefila	13/05/10
I	Agujero Pasante Drilled hole	-	-	-	-	-	-	•	-	-		-	trefila trefila	13/05/10
J	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,121	0,090	0,106	50,80	-	-	ı	-	trefila trefila	13/05/10
K	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,121	0,090	0,106	50,80	-	-		-	trefila trefila	13/05/10
L	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,121	0,090	0,106	50,80	-	-		-	trefila trefila	13/05/10

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT Fecha 13/05/2010 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

CI 803

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	44,47	Cliente Client		Ciclo Product	34417			
Espesor [mm] Wall Thickness	2,11	Tratamiento Termico Heat Treatment	BKS	Colada <sub>Heat</sub>	0			
Trazabilidad Traceability	31			Expediente Manufacturing Order				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO