


Tubo patrón número  
Reference standard #

**2C0864**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	273,1	Cliente Client	TASSAROLI S.A.	Ciclo Product	16920
Espesor [mm] Wall Thickness	25,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	60629
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0254.01



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	25,40	24,80	1,362	1,415	0,90	Agustin Torres	06/01/20
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,80	47,80	1,392	1,419	0,89	Agustin Torres	06/01/20
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	25,40	24,80	1,426	1,448	0,88	Agustin Torres	06/01/20
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,80	47,50	1,366	1,374	0,88	Agustin Torres	06/01/20
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	25,40	24,70	1,363	1,390	0,88	Agustin Torres	06/01/20
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,80	47,50	1,412	1,354	0,90	Agustin Torres	06/01/20

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**2C0864****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	273,1	Cliente Client	TASSAROLI S.A.	Ciclo Product	16920
Espesor [mm] Wall Thickness	25,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	60629
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0254.01

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000      Codigo: 302-711A**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES