

Tubo patrón número


Reference standard #

**1C1477**

### Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	S.P. CAMPANA	Ciclo Product	63561
Espesor [mm] Wall Thickness	6,2	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	47367
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,570	0,422	0,496	50,80	47,00	0,534	0,516	0,84	Sebastian Monteros	15/11/06
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,713	0,527	0,620	50,80	48,00	0,706	0,703	0,86	Sebastian Monteros	15/11/06
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,357	0,264	0,310	50,80	48,00	0,334	0,327	0,85	Sebastian Monteros	15/11/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,357	0,264	0,310	50,80	47,00	0,324	0,320	0,85	Sebastian Monteros	15/11/06
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,357	0,264	0,310	50,80	37,00	0,347	0,354	0,84	Sebastian Monteros	15/11/06
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,713	0,527	0,620	50,80	42,00	0,653	0,644	0,84	Agustin Torres	08/08/13
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	0,891	0,659	0,775	50,80	48,40	0,875	0,888	0,85	Agustin Torres	08/08/13

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha  
Date

08/08/2013  
11:10:15 a.m.

Hoja  
Page

1/2

Documento  
Vigencia

TAND-001-05  
17/04/2006

Tubo patrón número  
Reference standard #**1C1477****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	S.P. CAMPANA	Ciclo Product	63561
Espesor [mm] Wall Thickness	6,2	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	47367
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000**    **Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey**    **Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES