

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1c455





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicio Positio	· ·	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam			Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	7	±15	0,444	0,328	0,386	50,00	49,00	0,410	0,410	0,94	Sebastian Monteros	09/09/04
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,00	48,00	0,290	0,300	0,93	Sebastian Monteros	09/09/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2